管理番号

J10124

動作確認チェックシート

検査日	2019年4月9日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	薬用冷蔵ショーケース	電源電圧	単相AC100V	重量	240kg
型式	MPR-1013	周波数	（50 / 60）Hz	最大消費電力	390／400w
メーカー名	三洋電機バイオメディカ㈱	外寸w、d、h	1780x660x179C	温度設定範囲	2～14℃
機械Ser,No	20183	有効内容積	1037L		
製造年月		冷媒	R134a－6p	（330g）	

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4			
5	消費電流	クランプで実測。	－
6	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　室温、庫内、16℃で起動し庫内温度を測定庫内温度設定2℃約1hで2℃に到達、
1℃まで下がり10分後コンプレッサーストップ、3℃で再起動、蛍光灯点灯、設定温度±6℃以上アラーム、
ドア開けるとDoor LED点灯、背面ブレーカーかけている、鍵付き。

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　ブレーカーかけている。　　[責任者]

動作（OK）　作業工数[3H]

検査担当者[　　上田　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日