管理番号

K10169

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2020年　7月　21日
名称	金属顕微鏡
メーカー	OLYMPUS
型式	BX51TRF
S/N	2L07676
年式	2002年

【外観】

【仕様】

観察法	落射/透過	鏡筒型式	三眼鏡筒
照明系	落射19V 100W/透過12V/100W	各種フィルター	U-25ND25/U-25ND6
	水銀ランプ/ハロゲンランプ	内蔵フィルター	ND6/ND25/LBD
総合倍率	100.200.500.1000×		
接眼レンズ	WH10×/22		
		ステージ	U-SIC4R2
対物レンズ	UPlanApo 10x/0.40	ステージストローク	80mm×50mm
	UPlanApo 20x/0.70	レボルバー	5個穴手動レボルバ
	UPlanApo 40x/0.85	その他	ランプ電源/OLMPUS
	DApo 100UV 1.3oil		(BH2-RFL-T3)

顕微鏡視野内画像

チェック項目

■ コンディション　　評価

総合	問題なし
外観	問題なし
光学系	問題なし
駆動系	
照明	問題なし
手動レボルバー	問題なし

取扱説明書：無



落射20×

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　(備考欄コメント)　　[責任者]

動作:OK　　作業工数[　2.5 hr　]

検査担当者[　雨宮　]

【観察画像】

落射20×



透過20×